

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
Silk (ไหมไม่ละลาย, ผลิตจากธรรมชาติ, แบบเส้นถัก)  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

.....  
๑. ความต้องการ Silk Black เบอร์ ๒/๐ (๑๐๐ หลา) ไม่ติดเข็ม จำนวน ๒๒ ม้วน

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลจากธรรมชาติผลิตจากรังไหม

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลแบบ Silk เบอร์ ๒/๐

๓.๕ ไม่ติดเข็ม

๓.๖ การบรรจุหีบห่อ บรรจุในตลับเป็นม้วน ความยาวม้วนละ ๑๐๐ หลา

๓.๗ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิด ห่อของบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็ม และความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๘ อายุของวัสดุเย็บแผล ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวชนิดา บรรเทา)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้งานจากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางศรีชญา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชกุล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
Silk (ไหมไม่ละลาย, ผลิตจากธรรมชาติ, แบบเส้นถัก)

โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ Silk Sterile No.๐ ไม่ติดเข็ม จำนวน ๕๐ โหล
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
  - ๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลจากธรรมชาติผลิตจากรังไหม
  - ๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย
  - ๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
  - ๓.๔ ไหมเย็บแผลแบบ Silk Sterile เบอร์ ๐
  - ๓.๕ ไม่ติดเข็ม
  - ๓.๖ การบรรจุหีบห่อ หนึ่งซองมีไหมไม่น้อยกว่า ๑๓ เส้น ความยาวไม่น้อยกว่าเส้นละ ๖๐ ซม.
  - ๓.๗ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิด ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็ม และความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
  - ๓.๘ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
  - ๓.๙ อายุของวัสดุเย็บแผล ๕ ปี นับจากวันผลิต
  - ๓.๑๐ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
- ๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนไหมโดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้ากรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอคู่มือตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Silk (ไหมไม่ละลาย, ผลิตจากธรรมชาติ, แบบเส้นถัก)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

.....

๑. ความต้องการ Silk Sterile No.๑ ไม่ติดเข็ม จำนวน ๕๖ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลจากธรรมชาติผลิตจากรังไหม

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลแบบ Silk Sterile เบอร์ ๑

๓.๕ ไม่ติดเข็ม

๓.๖ การบรรจุหีบห่อ หนึ่งซองมีไหมไม่น้อยกว่า ๑๓ เส้น ความยาวไม่น้อยกว่าเส้นละ ๖๐ ซม.

๓.๗ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิด ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็ม และความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๘ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์


๓.๙ อายุของวัสดุเย็บแผล ๕ ปี นับจากวันผลิต


๓.๑๐ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง


๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนไหมโดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา หุ่นปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชกุล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกจนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกจนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกจนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกจนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
Silk (ไหมไม่ละลาย, ผลิตจากธรรมชาติ, แบบเส้นถัก)  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ Silk Sterile No.๒/๐ เข็ม ๒๕ mm. Cutting จำนวน ๒๘๐ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลจากธรรมชาติผลิตจากรังไหม

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลแบบ Silk Sterile เบอร์ ๒/๐

๓.๕ ตัดเข็มขนาด ๒๔-๒๖ mm. Cutting

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิด ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็ม และความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์

๓.๘ อายุของวัสดุเย็บแผล ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมานี้ ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยชุดตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปัญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิตา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
Silk (ไหมไม่ละลาย, ผลิตจากธรรมชาติ, แบบเส้นถัก)

โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ Silk Sterile No.๒/๐ เข็ม ๒๖ mm, Round จำนวน ๓๖ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลจากธรรมชาติผลิตจากรังไหม

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลแบบ Silk Sterile เบอร์ ๒/๐

๓.๕ ดัดเข็มขนาด ๒๕-๒๖ mm, Round

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิด ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็ม และความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทริลีนออกไซด์

๓.๘ อายุของวัสดุเย็บแผล ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือ รับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยน ใหมโดยไม่มีคิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....นิติกร.....บริหารกรรมการ


(นางสาวชนิดา บรรเทา)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Silk (ไหมไม่ละลาย, ผลิตจากธรรมชาติ, แบบเส้นถัก)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

๑. ความต้องการ Silk Sterile No.๒-๐ ไม่ติดเข็ม จำนวน ๔๗๐ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลจากธรรมชาติผลิตจากรังไหม

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลแบบ Silk Sterile เบอร์ ๒/๐

๓.๕ ไม่ติดเข็ม

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิด ห่อของบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็ม และความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์

๓.๘ อายุของวัสดุเย็บแผล ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิตา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิตา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Silk (ไหมไม่ละลาย, ผลิตจากธรรมชาติ, แบบเส้นถัก)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

๑. ความต้องการ Silk Sterile No.๓/๐ เข็ม ๒๐ mm. Round จำนวน ๓๓๐ โหล


๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด


๓. คุณลักษณะเฉพาะ


- ๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลจากธรรมชาติผลิตจากรังไหม
- ๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย
- ๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
- ๓.๔ ไหมเย็บแผลแบบ Silk Sterile เบอร์ ๓/๐
- ๓.๕ ดัดเข็มขนาด ๒๐ mm. Round
- ๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิด ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็ม และความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
- ๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
- ๓.๘ อายุของวัสดุเย็บแผล ๕ ปี นับจากวันผลิต
- ๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
- ๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนระราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอคู่มืออย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พงษ์ปรีญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชกุล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Silk (ไหมไม่ละลาย, ผลิตจากธรรมชาติ, แบบเส้นดก)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

๑. ความต้องการ Silk Sterile No.๓-๐ ไม่ติดเข็ม จำนวน ๔๐ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลจากธรรมชาติผลิตจากรังไหม

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลแบบ Silk Sterile เบอร์ ๓/๐

๓.๕ ไม่ติดเข็ม

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิด ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็ม และความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์

๓.๘ อายุของวัสดุเย็บแผล ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา อนุปริญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิตา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Silk (ไหมไม่ละลาย, ผลิตจากธรรมชาติ, แบบเส้นถัก)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

- .....
๑. ความต้องการ Silk Sterile No.๕/๐ เข็ม ๑๕-๑๖ mm. Cutting จำนวน ๒ โหล
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
- ๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลจากธรรมชาติผลิตจากรังไหม
  - ๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย
  - ๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
  - ๓.๔ ไหมเย็บแผลแบบ Silk Sterile เบอร์ ๕/๐
  - ๓.๕ ตัดเข็มขนาด ๑๖ mm. Cutting
  - ๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิด ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็ม และความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
  - ๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทริลีนออกไซด์
  - ๓.๘ อายุของวัสดุเย็บแผล ๕ ปี นับจากวันผลิต
  - ๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

**๔. เงื่อนไขเฉพาะ**


- ๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
- ๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นพ.รัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่บรรยายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปรีญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจารรณ อ้วนโนราชฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชานิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....เวชภัณฑ์มีโซ่ยา...ไหมเย็บแผล Silk จำนวน ๙ รายการ....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลสกลนคร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๔๕,๖๕๘.๒๘.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๖๔๕,๖๕๘.๒๘.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
- ๓.๑ Silk Black No. ๒-๐ ( ๑๐๐ หลา) จำนวน ๒๒ ม้วน ราคาประมาณม้วนละ ๒๙๘ บาท (สองร้อย  
เก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๖,๕๕๖ บาท (หกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๓.๒ Silk Sterile No.๐ จำนวน ๕๐ โหล ราคาประมาณโหลละ ๔๕๗.๑๘ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาท  
สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงิน ๒๒,๘๕๙ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๓.๓ Silk Sterile No.๑ (๑๓x๖๐cm)จำนวน ๕๖ โหล ราคาประมาณโหลละ ๔๕๗.๑๘ บาท (สี่ร้อย  
ห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงิน ๒๕,๖๐๒.๐๘ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยสองบาท  
แปดสตางค์)
- ๓.๔ Silk Sterile No.๒.๐ เข็ม ๒๕ mm. Cutting จำนวน ๒๘๐ โหล ราคาประมาณโหลละ ๕๓๕ บาท  
(ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)รวมเป็นเงิน ๑๔๙,๘๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๓.๕ Silk Sterile No.๒.๐ เข็ม ๒๖ mm.Round จำนวน ๓๖ โหล ราคาประมาณโหลละ ๕๓๕ บาท  
(ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๙,๒๖๐ (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- ๓.๖ Silk Sterile No. ๒-๐ ไมติตเข็ม จำนวน ๔๗๐ โหล ราคาประมาณโหลละ ๔๒๘ บาท (สี่ร้อยยี่สิบ  
แปดบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒๐๑,๑๖๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- ๓.๗ Silk Sterile No.๓-๐ เข็ม ๒๐ mm. Roundจำนวน ๓๗๖ โหล ราคาประมาณโหลละ ๔๘๑.๕๐ บาท  
(สี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงิน ๑๘๑,๑๕๕บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่ง  
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ๓.๘ Silk Sterile No.๓-๐ ไมติตเข็ม จำนวน ๙๐ โหล ราคาประมาณโหลละ ๔๕๗.๑๘ บาท (สี่ร้อยห้า  
สิบบาทสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงิน ๔๑,๑๔๖.๒๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท  
ยี่สิบสตางค์)
- ๓.๙ Silk Sterile No.๕-๐ เข็ม ๑๕-๑๖ mm.Cutting จำนวน ๒ โหล ราคาประมาณโหลละ ๕๖๐ บาท  
(ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑,๑๒๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด.....
- ๔.๑ บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร้ จำกัด.....
- ๔.๒ บริษัท จอห์นสันแอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด.....
- ๔.๓ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด.....
- ๔.๔ บริษัท ซัมมิท เฮลท์แคร์ จำกัด.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางรัชฎา พูนปรีญา.....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ.....ประธานกรรมการ

๕.๒ นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์.....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ.....กรรมการ

๕.๓ นางสาวชนิดา บรรเทา.....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.....กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางรัชฎา พูนปรีญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ