

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)

โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ Nylon No. ๑ เข็ม ๓๕-๓๖ mm. Loop จำนวน ๓๐ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความสิ้นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๑ สีดำ Loop ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ cm.

๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๓๖ mm. ลักษณะ Round Bodied มีความโค้ง ๑/๒ c สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มเดี่ยว มีความคม แข็งแรง และให้ความสิ้นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์

๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๒ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฤทธิ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ Nylon No. ๑ เข็ม Cutting ๑๐๐ mm. จำนวน ๒ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)
- ๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความลื่นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖
- ๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
- ๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๑ สีดำ ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm.
- ๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๔๐-๑๐๐ mm. ลักษณะ Cutting มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มคู้ มีความคม แข็งแรง และให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
- ๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
- ๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
- ๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต
- ๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยน

ไหมโดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรวิษา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฤทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวชนิดา บรรเทา)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจารณ อ้วนโนราษฏร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


๑. ความต้องการ Nylon No. ๑๐-๐ เข็มคู่ Spatula ๖.๕ mm.จำนวน ๑๐ โหล
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
  - ๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)
  - ๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความลื่นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖
  - ๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
  - ๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๑๐/๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ cm.
  - ๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๖ mm. ลักษณะ Spatula มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มคู่ มีความคม แข็งแรง และให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
  - ๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
  - ๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
  - ๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต
  - ๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
- ๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฤทธิ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอคูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฏร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

๑. ความต้องการ Nylon No. ๒-๐ เข็ม ๓๗ mm.จำนวน ๕ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความสั้นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๒/๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ cm.

๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๓๖-๓๗ mm. ลักษณะ Reverse Cutting มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มเดี่ยว มีความคม แข็งแรง และให้ความสั้นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์

๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวชนิดา บรรเทา)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอคู่มืออย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนระภรณ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

.....  
๑. ความต้องการ Nylon No. ๒-๐ เข็ม ๓๙-๔๐ mm.Cutting จำนวน ๓๙๐ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความลื่นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๒/๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm.

๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๓๙ mm. ลักษณะ Reverse Cutting มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มเดี่ยว มีความคม แข็งแรง และให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อของบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์

๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปรีญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิตา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

๑. ความต้องการ Nylon No. ๓-๐ เข็ม ๑๙ mm. Cutting จำนวน ๒๐๐ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความลื่นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๓/๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm.

๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๑๙ mm. ลักษณะ Reverse Cutting มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มเดี่ยว มีความคม แข็งแรง และให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์

๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมานี้ ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเขียนรับรองเอกสารโดยขอคู่มือตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

- .....
๑. ความต้องการ Nylon No. ๓-๐ เข็ม ๒๔-๒๕ mm. Cutting จำนวน ๒๐๐ โหล
  ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
  ๓. คุณลักษณะเฉพาะ
    - ๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)
    - ๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความลื่นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖
    - ๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
    - ๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๓/๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm.
    - ๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๒๔ mm. ลักษณะ Reverse Cutting มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มเดี่ยว มีความคม แข็งแรง และให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
    - ๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
    - ๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
    - ๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต
    - ๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

**๔. เงื่อนไขเฉพาะ**

- ๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
- ๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวชนิดา บรรเทา)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ Nylon No. ๓-๐ เข็ม ๓๐ mm. Cutting จำนวน ๓๙๐ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความสั้นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๓/๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm.

๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๓๐ mm. ลักษณะ Reverse Cutting มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มเดี่ยว มีความคม แข็งแรง และให้ความสั้นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทริสีนออกไซด์

๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยน

ไหมโดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)  
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

- .....
๑. ความต้องการ Nylon No. ๔-๐ เข็ม ๑๙ ๓/๘ mm. Cutting จำนวน ๓๗๐ โหล
  ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
  ๓. คุณลักษณะเฉพาะ
    - ๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)
    - ๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความลื่นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖
    - ๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
    - ๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๔/๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm.
    - ๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๑๙ mm. ลักษณะ Reverse Cutting มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มเดี่ยว มีความคม แข็งแรง และให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
    - ๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
    - ๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
    - ๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต
    - ๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
- ๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนไหมโดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปรีญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสรวิษา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

๑. ความต้องการ Nylon No. ๕-๐ เข็ม ๑๖ mm. Cutting จำนวน ๒๖๐ โหล

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)

๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความลื่นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖

๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP

๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๕/๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm.

๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๑๖ mm. ลักษณะ Reverse Cutting มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มเดี่ยว มีความคม แข็งแรง และให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ

๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์

๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต

๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนไหมโดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศรีขมา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฏร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง**  
**Nylon (ไหมไม่ละลาย แบบเส้นเดี่ยว)**  
**โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**


- .....
๑. ความต้องการ Nylon No. ๖-๐ เข็ม ๑๖ mm. Cutting จำนวน ๓๔ โหล
  ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
  ๓. คุณลักษณะเฉพาะ
    - ๓.๑ เป็นไหมเย็บแผลผลิตจาก Nylon (polyamide)
    - ๓.๒ เป็นไหมไม่ละลาย ให้ความลื่นขณะเย็บ ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ฝังอยู่ในร่างกาย ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายขณะเย็บแผลเนื่องจากผลิตจากสาร Nylon ๖ หรือ ๖๖
    - ๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
    - ๓.๔ ไหมเย็บแผลมีขนาด USP เบอร์ ๖/๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ cm.
    - ๓.๕ เข็มทำจากสแตนเลสสตีล ขนาด ๑๖ mm. ลักษณะ Reverse Cutting มีความโค้ง ๓/๘ สีเงิน โดยลักษณะเป็นเข็มเดี่ยว มีความคม แข็งแรง และให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
    - ๓.๖ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
    - ๓.๗ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
    - ๓.๘ อายุการใช้งานของวัสดุเย็บแผลมีอายุ ๕ ปี นับจากวันผลิต
    - ๓.๙ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือ มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ) ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

**๔. เงื่อนไขเฉพาะ**

- ๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
- ๔.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนไหมโดยไม่คิดมูลค่า


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรัชฎา พูนปริยญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.๓ รับประกันคุณภาพ...

- ๔.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๔.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๔.๗ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอคู่มือตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางรชฎา พูนปริญญา)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนิจารรณ อ้วนโนราชกุล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชนิดา บรรเทา)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ